

CLARIFICARE DIN OFICIU

În ceea ce privește documentele achiziției directe cu anunțul de publicitate nr. ADV1443823 din 30.08.2024, având ca obiect achiziționarea de "Echipamente și produse pentru dotarea modului național - echipă medicală de urgență, aferente proiectului *Adaptation Grant for Romanian RO.EMT.MS level 1 fixed and mobile Field Hospital*" se vor avea în vedere următoarele modificări și/sau completări:

Specificația tehnică nr. 121628/08.06.2023 – Ecograf ultraportabil	
în loc de:	Se va citi:
<p>Traductoare:</p> <p>1. <u>Traductor convex în bandă largă în gama minimă de frecvențe de la 2 la 5 MHz:</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Să dispună de minim 125 elemente-Câmp de vizualizare de minim 65 grade-Să lucreze în modurile de lucru 2D, Doppler Color, modul M și Imagistică a tesutului cu armonici superioare-Destinat aplicațiilor abdominale, plămân, vezică biliară, obstetrică <p>Sistemul va permite upgradarea ulterioară cu traductor sectorial și liniar</p> <p>2. <u>Traductor liniar în bandă largă în gama minimă de frecvențe de la 4 Ia 12 MHz:</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Să lucreze în modurile de lucru 2D, Doppler Color, modul M și imagistică a tesutului cu armonici superioare-Destinat aplicațiilor vasculare, superficiale și de plămân	<p>2. <u>Traductor liniar în bandă largă în gama minimă de frecvențe de la 4 Ia 12 MHz:</u></p> <ul style="list-style-type: none">-Să lucreze în modurile de lucru 2D, Doppler Color, modul M și imagistică a tesutului cu armonici superioare-Destinat aplicațiilor vasculare, superficiale și de plămân

**p.ADJUNCT AL INSPECTORULUI GENERAL
ȘEF SERVICIU ACHIZIȚII PUBLICE**

Locotenent colonel


STAN Aurel